



Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou,
příspěvková organizace

Husova 971
675 71 Náměšť nad Oslavou
telefon: 568 620 427 (ředitelka)
IČ: 711 84 520
E-mail: reditelka.ddnamest@gmail.com

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor sociálních věcí
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

V Náměšti nad Oslavou 1. 12. 2023

Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku

Žádáme zřizovatele o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku v pořizovací ceně nad 200 000 Kč:

- 1. bazén ARJO AXONA (inv.č. 22000024)** - rok pořízení 2000, pořizovací cena 3 313 079,50 Kč, odepsaný
- 2. el. zvedaná vana Presco (inv.č. 22000005)** - rok pořízení 2000, pořizovací cena 429 700 Kč, odepsaná
- 3. el. zvedaná vana Rapsody (inv.č. 22000006)** – rok pořízení 2000, pořizovací cena 325 840 Kč, odepsaná

Důvod vyřazení:

Uvedená zařízení jsou za hranicí své životnosti 10 let.

Bazén již není firmou servisně podporován a všechny díly jsou nedostupné, purifikační místnost s filtrem a jejich komponenty nejsou již dlouhodobě vyráběny, a jsou z těchto důvodů neopravitelné. Bazén bude demontován včetně purifikační místnosti a ekologicky zlikvidován.

El. zvedané vany Presco a Rapsody – obě vany byly nabídnuty příspěvkovým organizacím prostřednictvím „Nepotřebného majetku“, ale bez odezvy. Zařízení je za předpokládanou dobu životnosti, některé náhradní díly již nejsou k dispozici, takže jakákoliv oprava by byla časově a ekonomicky náročnější. Pro organizaci jsou el. zvedané vany nevyužitelné a budou ekologicky zlikvidovány.

Žádáme o souhlas s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku.

S pozdravem

Ing. Věra Bařinová
ředitelka domova



Věc: Posudek technika

Zařízení: **Bazén AXONA Pro Sac dodaný firmou ARJO**

Ústav: Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, Husova 971, 675 71

Kontaktní osoba: Ing. Věra Bařinová, ředitel (reditelka.ddnamest@gmail.com)

Bazén Axona Pro Sac je daleko za hranicí své životnosti 10 let a již není firmou servisně podporován a všechny díly jsou nedostupné. Vlastní bazén, purifikační místnost s filtrem a jejich komponenty nejsou již dlouhodobě vyráběny, a jsou z těchto důvodů neopravitelné.

Pokud bazén vykazuje, nebo vykazovat neshody, úniky vody, špatné dávkování chemikálií apod., je nutno jej odstavit a aktivně neužívat. V tomto případě doporučuji bazén i s purifikační místností demontovat a ekologicky zlikvidovat.

Neexistuje žádná servisní ani technická podpora tohoto výrobku.

V Brně dne: 22.1.2021

Zpracoval: Ing. Libor Štěpina – Servisní manažer ARJO Czech Republic s.r.o.

Arjo Czech Republic s.r.o.
140 00 Praha, Na Strži 65/1702
Telefon: +420 225 092 307
IČ: 46962549, DIČ: CZ46962549

Číslo

Vyřazovací protokol:**131****2023**

Adresa firmy:	Arjo Czech Republic s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha
IČ:	46962549
DIČ:	CZ46962549
Zákazník:	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou Husova 971 675 71 NAMĚŠŤ NAD OSLAVOU IČ: 71184520
Kontakt:	reditelka.dnamest@gmail.com
Název zařízení:	AMA 2001-04 Vana Presto
Výrobce:	Arjo Huntleigh AB
Výrobní číslo/IČ:	SEE4998134847003
Rok pořízení:	
Datum ověření:	14.08.2023

Komentář technika:

Zařízení je za předpokládanou dobou životnosti.

Oprava by byla vzhledem ke stáří přístroje neekonomická a nerentabilní.

Některé náhradní díly již nejsou k dispozici, konec servisní podpory.

Doporučujeme vyřadit z provozu a ekologicky zlikvidovat.

Zařízení posoudil:	Ing. Libor Štěpina
Kontakt:	Hlavní servisní technik 420 602 563 137 libor.stepina@arjo.com ; servis.cz@arjo.com
Kancelář:	225 092 307
Protokol vystavil:	Ing. Libor Štěpina - Hlavní servisní technik

Podpis/Razítko firmy: Arjo Czech Republic s.r.o.
140 00 Praha, Na Strži 65/1702
Telefon: +420 225 092 307
IČ: 46962549, DIČ: CZ46962549



V Praze dne: 14.08.2023

www.arjo.com

Číslo

Vyřazovací protokol:**132****2023**

Adresa firmy:	Arjo Czech Republic s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha
IČ:	46962549
DIČ:	CZ46962549
Zákazník:	Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou Husova 971 675 71 NAMĚŠŤ NAD OSLAVOU
IČ:	71184520
Kontakt:	reditelka.ddnamest@gmail.com
Název zařízení:	AR 32111 EU Vana Rhapsody
Výrobce:	Arjo Huntleigh AB
Výrobní číslo/IČ:	SE210517
Rok pořízení:	
Datum ověření:	14.08.2023

Komentář technika:

Zařízení je za předpokládanou dobou životnosti.

Oprava by byla vzhledem ke stáří přístroje neekonomická a nerentabilní.

Některé náhradní díly již nejsou k dispozici, konec servisní podpory.

Doporučujeme vyřadit z provozu a ekologicky zlikvidovat.

Zařízení posoudil:	Ing. Libor Štěpina	
	Hlavní servisní technik	
Kontakt:	420 602 563 137	
	libor.stepina@arjo.com ; servis.cz@arjo.com	
Kancelář:	225 092 307	
Protokol vystavil:	Ing. Libor Štěpina - Hlavní servisní technik	

Arjo Czech Republic s.r.o.
140 00 Praha, Na Strži 65/1702
Telefon: +420 225 092 307
Podpis/Razítko firmy: IČ: 46962549, DIČ: CZ46962549



V Praze dne: 14.08.2023

www.arjo.com