

NEMOCNICE PELHŘIMOV
příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov
Petr Adam
náměstek HTS

Vážená paní
Ing. Soňa Měrtlová
vedoucí odboru zdravotnictví
Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

V Pelhřimově dne 19. 5. 2020

Vážená paní inženýrko,

dne 24. 4. 2020 jsme Vám dle Pravidel Rady Kraje Vysočina zaslali prostřednictvím portálu informaci o havárii ultrazvukového přístroje na gynekologické ambulanci.

Ultrazvukový přístroj Voluson 730 Expert v.č. A15619 byl pořízen 6.10.2009 a dne 17.4.2020 došlo k poruše ovládání numerické klávesnice přístroje. Servisním technikem autorizovaného servisu byla zjištěna závada na základní desce. Vzhledem ke stáří přístroje a ukončené servisní podpoře je velice obtížné sehnat potřebné díly. Požadovaný díl se nakonec podařilo sehnat z již vyřazeného přístroje, jehož cena je 63 973,- Kč se zárukou 3 měsíců. Po ekonomické stránce a dle doporučení servisního technika je oprava nerentabilní. U přístroje je nefunkční sonda (lékaři pracují se zapůjčenou sondou již cca 1 rok), cena sondy je cca 120 000,- Kč, v roce 2018 byla ukončena servisní podpora, a tudíž nemožnost provádění bezpečnostně technických kontrol.

V této chvíli nemá Nemocnice Pelhřimov zajištěno finanční krytí pro řešení této havárie. Obměna ultrazvukového přístroje v adekvátní výbavě představuje investiční náklady v hodnotě 1.999.000,-

Z těchto důvodů žádáme o podporu zřizovatele Kraj Vysočina o finanční pomoc s financováním:

- 30% dotace zřizovatele
- 30% zápůjčka od zřizovatele
- 40% prostředky nemocnice

Vzhledem k tomu, že se jedná o havárii a ultrazvukový přístroj je nezbytný pro diagnostické vyšetření v ambulantním provozu, nebude provedeno klasické výběrové řízení, ale pro urychlení procesu bude vybrán nový přístroj na základě průzkumu trhu.

Děkuji za pochopení

Nemocnice Pethřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PETHŘIMOV
IČO 000 0061

Ing. Jan Mlčák, MBA
ředitel